

SAMSVARSERKLÆRING

Certificate of Conformity

Artikkelnummer Article Number:

10250020

Sertifikat/ Certificate:

MTI170623S085C

Dette dokumentet har blitt utstedt etter gjennomgang av produktets/produktenes datablad, produkttester og eventuelle tekniske konstruksjonsfiler. Produktet/produktene betraktes å tilfredstille alle nevnte normer og standarder nevnt i dette dokumentet og således anses å tilfredstille alle relevante krav for produktet/produktene

This document has been issued after reviewing the product / product data sheet, product tests and any technical construction files. The product / products are considered to meet all mentioned norms and standards referred to in this document and thus deemed to meet all relevant requirements for the product /products.

Produktnavn: ELIT 836BT med minne, Multimeter med blåtann

Product name: ELIT 836BT med minne,

Produktbilde/ Product image**Applikasjon/**Application**Produktbeskrivelse/** Product description

Vis verdier på din iOS\Android-enhet eller sette opp multimeteret for logging over tid. BLE.

View values on your iOS \ Android device or set up the multimeter for logging over time.

Normer og standarder/ Norms and standards:

EN 61010-1:2010

EN 61010-2-030:2010

EN 61010-031: 2015

Gjerdrum

Magne Barli Teknisk sjef/Technical Director

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80
WEB: WWW.ELIT.NO MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO

odkjent/Approved: Dato/Date: 11.08.2017

Kontrollert av/Controlled by: Tore

Galgerud